

Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse
Knapholm 24
2730 Herlev
Att.: Mette Øhlenschlæger

Dansk Sygeplejeråd



Den 12. december 2017
Ref.: DSC
Sagsnr.: 1712-0002

Høring over tre bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til tre bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.

Overordnet mener vi, at der bør laves en generel henvisning til arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Det bør tydeliggøres, at arbejdsmiljølovgivningen dækker arbejdstagere indenfor dette område. Derudover bør der indgå en bestemmelse, som henviser til og præciserer arbejdsgivers forpligtelse til at føre tilsyn.

Vi har følgende bemærkninger til de enkelte bekendtgørelser.

Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

§ 62: Dansk Sygeplejeråd finder det vigtigt, at alle stråleudsatte arbejdstagere er omfattet af den individuelle dosisovervågning. Det er vigtigt, at sundhedspersoner, der arbejder med røntgen, bærer dosimeter, så man kan opdage eventuel uhensigtsmæssig stråledosis.

Udkast til bekendtgørelse om strålingsgeneratorer:

Bilag 5: Det fremgår, at behandling af personer med elektron- og partikelacceleratorer kan udføres af personer under oplæring, såfremt de er under supervision af uddannet personale. Vi er bekymrede for de konsekvenser, det kan få for patienterne, da det er potentielt livsfarlige røntgenstråler, der er tale om. Ansvarsfordelingen mellem de to bør tydeliggøres. I bilaget bruges betegnelsen røntgensygeplejerske. Der bør stå sygeplejerske i stedet for, da røntgensygeplejerskeuddannelsen ikke længere eksisterer.

Bilag 8: Det er uklart, hvilket energiniveau, der er tale om. Det bør præciseres.

Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer:

§ 30 og bilag 7: Det er uklart, hvilken uddannelse der kræves af assisterende personale til brachyterapi. Det bør præciseres.

Med venlig hilsen

Dorte Steenberg,
Næstformand

The Danish Nurses' Organization

Sankt Annæ Plads 30

DK-1250 København K

Ekspedition:
mandag-torsdag 9.00-16.00
fredag 9.00-15.00

Tlf: +45 33 15 15 55
Fax: +45 33 15 24 55

www.dsr.dk
dsr@dsr.dk